



ב"ה, ו' באייר תשס"ח, 11.5.08

לכבוד

דין דיאגנוסטיקה בע"מ

האשל 7, ת"ד 3063

פארק התעשיות

קיסריה 38900

שלום רב,

א י ש ו ר

הרינו מאשרים בזאת כי בדקנו את מדי-הסוכר הבאים

המשווקים ע"י 'דין דיאגנוסטיקה' בע"מ

ACCU-CHEK Sensor

ACCU-CHEK Go

ACCU-CHEK Performa

ומצאנום כשרים לשימוש בשבת ובמועדי ישראל

למי שנזקק למיכשור זה כל ימות השבוע

בהתאם להנחיות הבאות:

- א. לבטל לפני שבת את הצליל ('קליק') המאשר כל פעולה הערה: מי שזקוק לצלילים בשל קשיי ראייה – רשאי להשאירם
- ב. הפעלת המכשיר באמצעות הכנסת המקלון (ולא ע"י הלחצן) הערה: נא לדאוג מע"ש להכניס למכשיר את המקודד לכיול קופסא חדשה
- ג. רצוי להמנע משבירת אריזת המחט. ניתן להשתמש כמה פעמים באותה מחט
- ד. אם הדם יוצא מאליו לאחר הדקירה רצוי לא 'לסחוט'
- ה. להמתין לכיבוי אוטומטי לאחר העלאת הדם למקלון והצגת התוצאה
- ו. להוציא את המקלון לאחר הכיבוי

מותר לבדוק דם בתדירות המקובלת בימות החול

בברכת שבת שלום ובריאות

הרב ישראל רוזן, מהנדס

ראש מכון 'צומת'