



ב"ה, ט' באלול תשע"ב, 27.8.12

לכבוד

ויינמן ישראל בע"מ

רח' המלאכה 6/24, א"ת צפוני

לוד 71520

שלום רב,

א י ש ו ר ש ב ת

הרינו מאשרים בזאת כי בדקנו את

מכשיר ה-Cpap המשוק על ידכם

מדגם/מותג Cpap 20-E

למניעת דום נשימה בשינה

ומצאנו אותו כשר לשימוש בשבת ובמועדי ישראל

בהתאם להנחיות דלהלן:

- א. הפעלה בשבת ע"י שעון שבת המכוון מיום ששי
- ב. הסתרת הצג בכיסוי מותאם ואסתטי (הצג מבטא שינויי לחץ בנשימה)
- ג. אם משתמשים במכשיר האדים:
 1. יש למלאותו לפני שבת
 2. לא להשתמש בשבת בדרגת חימום '6' אלא דרגה פחותה יותר.

בברכת עונג שבת שלום ובריאות

"צומת" -
צוותי מדע ותורה
אלון שבות גוש עציון 90433
טל: 02-9931442

הרב ישראל רוזן, מהנדס
ראש מכון 'צומת'