



ב"ה, כ"ה' באדר תשע"ז, 23.03.17

לכבוד
ויינמן ישראל בע"מ
רח' המלאכה 6/24, א"ת צפוני
לוד 71520
שלום רב,

א י ש ו ר ש ב ת

הרינו מאשרים בזאת כי בדקנו את

מכשירי ה-Cpap המשוק על ידכם

דגמי SOMNO-balance ו-SOMNO-soft-2

למניעת דום נשימה בשינה

ומצאנו אותם כשרים לשימוש בשבת ובמועדי ישראל

בהתאם להנחיות דלהלן:

- א. הפעלה בשבת ע"י שעון שבת המכון ביום ששי
- ב. יש לבטל את ההפעלה האוטומטית ע"י הנשימה. אם אי אפשר לבטלו יש לחבר צינור בעובי 15 מ"מ (ולא כמקובל 22 מ"מ) בין המכשיר למסכה המונע כיבוי אוטומטי של המכשיר
- ג. הסרת הצג בכיסוי מותאם ואסתטי (הצג מבטא שינויי לחץ בנשימה)
- ד. אם משתמשים במכשיר האדים:
 1. יש למלאותו לפני שבת
 2. יש להשתמש בשבת בדרגת חימום הנמוכה למניעת "בישול" המים.

בברכת עונג שבת שלום ובריאות

**צומת "צומת" -
צוותי מדע ותורה
אלון שבות גוש עציון 90433
טל: 029931442**

**הרב ישראל רוזן מהנדס
ראש מכון 'צומת'**