



ב"ה, כג בתמוז תשס"ד, 12.7.04

לכבוד
שלומי כהן
StimuHeal inc.
רח' פייבל 16
תל אביב 62995

שלום רב,

אישור שבת

הרינו מאשרים בזאת כי המכשיר המשווק על ידכם


ONE CHANNEL V4

המיועד לעיסוי תחת גבס רפואי באמצעות אלקטרודות

נבדק על ידינו ונמצא כשר לשימוש בשבת ובמועדי ישראל
על פי ההלכה, בהתאם להנחיות הבאות:

- א. יש לחבר את האלקטרודות לפני השבת/החג, ולא לנתקן במשך היום.
- ב. יש להעביר למצב 'הפעלה' לפני השבת/החג.
- ג. בשבת/בחג מותר לסובב את הכפתור הסיבובי, המיועד לוויסות העוצמה, להגביר ולהנמיך לפי הצורך, ללא כל חשש הלכתי. יש להיזהר לא לסובב עד הקצה ולגרום עיי"כ לכיבוי המכשיר.

בברכת 'שבת שלום ורפואה שלימה'


הרב ישראל רוזן, מהנדס
ראש מכון 'צומת'