



ב"ה, ט"ז באייר תשע"ב, 8.5.12

לכבוד
מקסימה מדיקל בע"מ
העוגן 10, א"ת צפוני
ת"ד 4124 עורף הנמל
אשדוד 77141
שלום רב,

א י ש ו ר ש ב ת

הרינו מאשרים בזאת כי בדקנו את

מכשירי ה-Cpap המשווקים על חברת מקסימה מדיקל

מדגם/מותג BMC דגמים

Resmart Cpap / Resmart Auto Cpap

למניעת דום נשימה בשינה

ומצאנו אותם כשרים לשימוש בשבת ובמועדי ישראל

בהתאם לנחיות דלהלן:

א. תיכנות (לפני שבת):

1. לתכנת את הצג למצב תאורה קבוע (On או Off) ולא למצב אוטומטי (Light Auto).
2. מומלץ להפעיל בשבת ע"י שעון שבת, הדלקה וכיבוי. לשם כך הכרחי לתכנת את הפונקציות Auto-off ו-Auto-on למצב Disable.
3. במקרה זה (הפעלה בשבת ע"י שעון) יש לנתק (באמצעות טכנאי החברה) את הזמזום שלא ישמיע צפצוף בתום מועד השעון, עד לכילוי הסוללה הפנימית.
4. במקרה זה (הפעלה בשבת ע"י שעון) מומלץ לתכנת מצב Alart Disable, למניעת צפצוף בעת הורדת המסכה לאחר השינה בשבת.

ב. שימוש בשבת:

1. אין ללחוץ בשבת על שום לחיץ (אלא במקרה חירום ובישינוי בלבד).
 2. מומלץ לכסות את הצג לשבת, ולא להתעניין במידע המופיע בו.
 3. כאמור, מומלץ להפעיל בשבת ע"י שעון, ולבצע ההנחיות דלעיל סעיף א' 2,3,4.
 4. אם הכרחי (בשל קשיי נשימה, תחושת אי נוחות קשה וכד') מותר להפעיל את המכשיר ע"י הנשימה עצמה ולנתק אוטומטית בהעדר נשימה. בשיטה זו אין צורך בשעון שבת אלא בהדלקת המכשיר ביום ששי בלבד.
- במצב זה יש לתכנת את הפונקציות Auto-off ו-Auto-on למצב Enable.
- גם בשיטה זו יש לתכנת Alart Disable.
5. מותר להשתמש בשבת גם במתקן הלחות. מומלץ לדאוג לפני שבת שהמיכל יהיה מלא.

בברכת עונג שבת שלום ובריאות

'צומת' -

צוותי מדע ותורה

אלון שבות גוש עציון 90433

זל: 02-9931442

הרב ישראל רוזן, מהנדס
ראש מכון 'צומת'